
 Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer	INSTRUCCIÓN	IT-75-RAD-3C
	PAAF MAMA guiada por ecografía	Revisión: A
		Página 1 de 3

DISTRIBUCIÓN:	
DEPARTAMENTO	RESPONSABLE
Dirección	Director Gerente
Dirección	Jefe de la Unidad de Calidad
Unidad de Radiología	Responsable de la Unidad de Radiología

SUMARIO DE MODIFICACIONES		
REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
A	17/03/2008	Primera edición

PREPARADO	REVISADO Y APROBADO
Nombre: Carmen Martinez Cargo: Jefe del servicio de radiología Fecha:	Nombre: Carlos Ricci Cargo: Director Gerente Fecha:
La documentación del Sistema Integrado de Gestión se encuentra en la Intranet del HSLI. Existe una única copia papel autorizada y controlada en poder del Coordinador de Calidad, por lo que cualquier otro documento papel se considerará copia no controlada.	

 Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer	INSTRUCCIÓN	IT-75-RAD-3C
	PAAF MAMA guiada por ecografía	Revisión: A
		Página 2 de 3

1. OBJETO

La presente instrucción de trabajo tiene por objeto establecer la metodología a seguir para la realización del PAAF de mama guiada por ecografía

2. CAMPO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación será a nivel de los trabajadores del Servicio de Radiología.

3. REFERENCIAS

4. RESPONSABILIDADES

5. DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

VERIFICAR DATOS:

- Petición del radiólogo en anatomía patológica
- Consentimiento firmado
- Alergias


MATERIAL:

- Transductores
 - Mama (rosa grande)
 - Partes blandas (lila)
- Bote gel y gel estéril
- Rotulador/capuchón
- Yodo /Hibimax
- Gasas
- Tallas
- Guantes
- Empapador
- Jeringa 20ml
- Apósitos
- Cameco
- Microscopio y mesa de punciones de A.Patologica
(Ubicación: almacen de vascular.)
- Aguja Chiba 22Gx10cm

COLOCACIÓN:

- Decúbito supino
- Toalla tapando el pecho

REALIZACIÓN:

 Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer	INSTRUCCIÓN PAAF MAMA guiada por ecografia	IT-75-RAD-3C
		Revisión: A
		Página 3 de 3

- Avisar a Médico Radiólogo para su realización
- Avisar a Médico Anatomo- patólogo

FINALIZACIÓN:

Consentimiento informado en su casillero correspondiente.

6. REGISTRO