 Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer	INSTRUCCIÓN	IT-75-RAD-3I
	COLOCACIÓN DE ARPON INTRAMAMARIO	Revisión: A
		Página 1 de 3

DISTRIBUCIÓN:	
DEPARTAMENTO	RESPONSABLE
Dirección	Director Gerente
Dirección	Jefe de la Unidad de Calidad
Unidad de Radiología	Responsable de la Unidad de Radiología

SUMARIO DE MODIFICACIONES		
REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
A	17/03/2008	Primera edición

PREPARADO	REVISADO Y APROBADO
Nombre: Carmen Martinez Cargo: Jefe del servicio de radiología Fecha:	Nombre: Carlos Ricci Cargo: Director Gerente Fecha:
La documentación del Sistema Integrado de Gestión se encuentra en la Intranet del HSLI. Existe una única copia papel autorizada y controlada en poder del Coordinador de Calidad, por lo que cualquier otro documento papel se considerará copia no controlada.	

1. OBJETO

La presente instrucción de trabajo tiene por objeto establecer la metodología a seguir para la colocación del arpón intramamario

2. CAMPO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación será a nivel de los trabajadores del Servicio de Radiología.

3. REFERENCIAS

4. RESPONSABILIDADES

5. DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

Previamente al inicio de la esterotaxia se debe de montar y calibrar el equipo posicionador según consta en la IT-75-RAD-3 Intervencionismo con esterotaxia con la intención de comprobar que no dé fallos.

Una vez el paciente esta admitido y se recibe en la sala se comprobaran los datos personales

Preparación previa de la paciente:


- Explicación de la prueba que se le va a realizar
- Consultar con el radiólogo si necesita proyecciones complementarias.

Preparación de material:

- Gasas
- Betadine o Hibimax
- Guantes esteriles
- Arpón
- Tapones-guia

Procedimiento:

- Centraje de la lesión dentro de la ventana del compresor y marcaje con rotulador.
- Proyección CC ó OML ó ML.
- Comprobación de la lesión en el centro del campo y técnica correcta.
- Proyecciones a +15 y -15
- El radiólogo localizara la lesión en el monitor y procederá a realizar el procedimiento para la colocación del arpón
- Llevar el porta agujas a la zona de punción.
- Desbloquear el porta agujas
- El radiólogo introduce el arpón continúa con el procedimiento dando las indicaciones oportunas al TER para el desarrollo del procedimiento.

 Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer	INSTRUCCIÓN	IT-75-RAD-3I
	COLOCACIÓN DE ARPON INTRAMAMARIO	Revisión: A
		Página 3 de 3

- El TER desbloquea la silla y descomprime la mama
 - Comprobación de la colocación del arpón mediante la realización de dos proyecciones mamográficas CC y lateral estricta a 90°.
 - Una vez comprobada la correcta colocación del arpón el radiólogo medirá los centímetros de arpón que quedan en el exterior de la mama con el objeto de indicarlo en el informe.
 - El TER pondrá un apósito en la zona de incisión del arpón. Y la paciente será llevada de nuevo a la planta donde estaba ingresada a espera de ser intervenida.

 - Posteriormente a la prueba y con la paciente en el quirófano, el cirujano enviará la pieza quirúrgica.
 - La solicitud de la imagen radiológica de la pieza deberá estar solicitada como "pieza mamaria" y deberá de ser admitida como cualquier otra prueba radiológica
 - Se le harán dos proyecciones octogonales con objeto de comprobar que la lesión mamográfica a la que se le ha colocado el arpón esta dentro de los límites de la pieza quirúrgica.
 - En las proyecciones de la pieza hay que indicar cuales son los hilos de marcaje que el cirujano ha cortado y que servirán de referencia en el informe.
 - Una vez realizadas las proyecciones correctamente el radiólogo dará orden al TER para que la pieza sea devuelta al quirófano por el celador de este servicio.
- Se procesa la imagen y se finalizará en RIS.

6. REGISTRO