
 Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer	INSTRUCCIÓN	IT-75-RAD-6A
	DRENAJE ABDOMINAL	Revisión: A
		Página 1 de 3

DISTRIBUCIÓN:	
DEPARTAMENTO	RESPONSABLE
Dirección	Director Gerente
Dirección	Jefe de la Unidad de Calidad
Unidad de Radiología	Responsable de la Unidad de Radiología

SUMARIO DE MODIFICACIONES		
REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
A	17/03/2008	Primera edición

PREPARADO	REVISADO Y APROBADO
Nombre: Carmen Martinez Cargo: Jefe del servicio de radiología Fecha:	Nombre: Carlos Ricci Cargo: Director Gerente Fecha:
La documentación del Sistema Integrado de Gestión se encuentra en la Intranet del HSLI. Existe una única copia papel autorizada y controlada en poder del Coordinador de Calidad, por lo que cualquier otro documento papel se considerará copia no controlada.	

 Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer	INSTRUCCIÓN	IT-75-RAD-6A
	DRENAJE ABDOMINAL	Revisión: A
		Página 2 de 3

1. OBJETO

La presente instrucción de trabajo tiene por objeto establecer la metodología a seguir para la realización de un drenaje abdominal.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación será a nivel de los trabajadores del Servicio de Radiología.

3. REFERENCIAS

4. RESPONSABILIDADES


5. DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

VERIFICAR DATOS:

- Ubicación planta
- Ayunas
- Consentimiento firmado
- Alergias
- Confirmación de analíticas
- Peticiones anatomía patológica ,microbiología y bioquímica
- Traslado en cama

MATERIAL:

- Transductor convex (verde)
- Bote gel y gel estéril
- Rotulador y capuchón
- Yodo / Hibimax
- Gasas
- Compresas
- Tallas
- Guantes
- Empapador
- Steri-strip
- Apósito grande / pequeño
- Esparadrapo de papel
- Regla
- Jeringa de 10ml
- Jeringa de 20ml
- Jeringa de extracción de sangre arterial(ph)
- Bisturí nº 11

 Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer	INSTRUCCIÓN	IT-75-RAD-6A
	DRENAJE ABDOMINAL	Revisión: A
		Página 3 de 3

- Llave de tres pasos
- Kocher o mosquito curvo
- Mepivacaina inyectable 2%
- Bicarbonato 1 molar inyectable 10ml
- Aguja IM 21G-1 ½ (0.8x40mm) (verde)
- Aguja SBC 25G-5/8" (0.5x16mm) (naranja)
- Juego multiuso de catéter para drenaje normal
FLEXIMA APDL N° según criterio médico
- Tubo conector 30cm estéril (ubicación: cuarto material de vascular)
- Bolsa de orina estéril 2000ml
- Seda 2/0-curva
- Seda 1-curva
- Revestimiento de transductor
- Cobertura para tubos 17x240cm

COLOCACIÓN:

- Criterio médico
- Decúbito supino

REALIZACIÓN:

- Avisar al radiólogo para su realización

FINALIZACIÓN:

- Consentimiento informado en su casillero correspondiente
- En caso de ser necesario recogida de muestras se seguirá la IT correspondiente

6. REGISTRO