

Título

¿SE ADECUAN LOS CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL MATERIAL FUNGIBLE QUE REALIZA LA COMISIÓN DEL COMPRAS DEL

Clasificación

06- Compras y suministros. Logística

Palabras clave: Comisión, Producto

Autores

ADRIAN MONZON FERRER; JUAN CARLOS MAYORAL CARRIAZO; ANGEL ATANASIO RINCÓN; ANGEL CASTAÑO CARNEROS; JUANA TEJERA BUSTAMANTE; FERNANDO VILLORA CANO

INTRODUCCION

Las compras de material fungible de Hospital General La Mancha Centro (HGLMC) se realizan a través de unos criterios de selección que emiten un grupo multidisciplinar encuadrado dentro de la denominada Comisión de Compras del HGLMC. A partir de una reclamación efectuada por la valía de un tipo de mascarillas de O2 introducidas recientemente, se procede a conocer la opinión que de las mismas tienen el conjunto de profesionales/usuarios del centro, y su comparación con la opinión que llevó a la Comisión de Compras a su elección.

MATERIAL Y METODOS

Se realiza un estudio descriptivo, observacional y transversal, sobre una muestra poblacional de los diplomados en enfermería del Hospital General La Mancha Centro, mediante la cumplimentación de un cuestionario con 8 ítems que pretende evaluar el manejo y la calidad de las citadas mascarillas. Para el cálculo de nuestra muestra vamos a partir de una población de 374 profesionales de enfermería, pues consideraremos que la mascarilla como producto sanitario solo puede ser manejada directamente por la enfermera y como actividad delegada por el auxiliar de enfermería, partiendo de un intervalo de confianza de un 95%, de un error muestral de un 8% y desconociendo la proporción de individuos que están a favor de la mascarilla la muestra quedará establecida en 107 cuestionarios. Se procede a la distribución aleatoria en diferentes unidades del cuestionario, arrojando los siguientes datos: · Cuestionarios emitidos 110. · Cuestionarios recibidos 107 RESULTADOS · Recibidos 107 cuestionarios 105 corresponden a diplomados en enfermería y 2 a auxiliares en enfermería. NOTA: para el estudio descartamos los 2 descritos por las auxiliares de enfermería por los motivos descritos anteriormente. · De los 105 profesionales que han contestado la encuesta 88 afirman haberla utilizado y 17 confirman que nunca se han utilizado. NOTA: para la evaluación consiguiente el cuestionario explicaba que quien no utilizase la mascarilla no continuase con el mismo por lo que el estudio se centrará en 88 profesionales. · El 54,5 % de las enfermeras afirma que han tenido alguna vez problemas con las mascarillas, frente a un 45,5% que nunca han tenido dificultades. · En cuanto a la dificultad de manejo de la mascarilla por el profesional un 79,5% considera que su utilización es desde aceptable a muy buena frente a un 20,5 % cuyo manejo es considerado malo o muy malo. · El sellado facial punto fuerte de la mascarilla (en el proceso de selección del concurso adjudicatario) fue considerado en un 52,27 % como aceptable a muy bueno, en contraste con el 43,7 % de los profesionales que los consideran un sellado malo o muy malo. · En cuanto a la facilidad de rotura de la mascarilla un 80,68 % de la enfermería considera que no se rompe con facilidad, un 18,18 % considera que se rompe fácilmente, y un 1,14 % no considera tener criterios suficientes para evaluar este apartado. · Otro punto fuerte de la mascarilla en su proceso de selección fue la existencia de un sellado facial de silicona, el acortamiento de la parte inferior que disminuye el riesgo de erosión mentoniano y las gomas de sujeción por debajo de las orejas, puntos todos ellos considerados por la enfermería en un 69 % como muy positivos reduciendo el riesgo de lesión para el

paciente, en un 30 % como no significativo y por lo tanto no reductor del riesgo potencial de lesión y en un 1 % considera no tener criterios suficientes para evaluar este apartado. · En cuanto al problema que puede suponer la modificación fortuita de la concentración de oxígeno por parte del paciente un 85,23 % de los profesionales de enfermería afirman ser una mascarilla segura en este aspecto, un 13,64 % creen que no es segura y un 1,14 % considera no tener criterios suficientes para evaluar este apartado. · En cuanto a la realización de fisioterapia respiratoria, el 50 % de los profesionales cree que este tipo de mascarilla hace que sea más dificultosa, frente a un 44,32 % que no considera ningún tipo de problemas en la concomitancia de la oxigenoterapia y la realización de fisioterapia respiratoria (usualmente con soplado en botella sellada de agua), existe un 5,68 % que afirma no tener criterios suficientes para evaluar este apartado. · La evaluación general de la mascarilla en una escala de 1 a 10 donde el 1 es el factor más negativo y el 10 el más positivo, la media otorgada a la mascarilla es de 5,03 , con una moda de 4.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 1. Aunque la proporción de enfermeras que han tenido algún problema en el manejo de la mascarilla es proporcionalmente superior (54,5 %) es un producto en general bien considerado por los profesionales que consideran fácil su manejo (79,5 %) y la consideración de los enfermeros que es dificultosa para la modificación fortuita por parte del paciente (85,23 %), lo que la confieren como una mascarilla, fácil y segura. 2. Esta seguridad de la mascarilla es avalada por un 80,68 % de los profesionales que la consideran resistente a las roturas. 3. Los aspectos del sellado facial, gomas de sujeción por debajo de las orejas y reducción del tamaño mentoniano, aspectos que fueron fundamentales en su elección en el concurso, son avalados por el 69 % de los profesionales que lo consideran como positivos. 4. Si bien el punto más significativo es la mala valoración que realizan los profesionales de la convivencia de la mascarilla con la fisioterapia respiratoria, ya que un 50 % la consideran como poco compatibles. 5. A tenor de lo expuesto anteriormente la mascarilla parece un producto seguro y con mejora de las opciones de cuidado del paciente, y por lo tanto se ajusta a la adecuación de nuestras necesidades y requisitos del concurso, aunque la valoración del profesional/usuario no tiene una clara predisposición ni a favor ni en contra.