

DISTRIBUCIÓN:

DEPARTAMENTO	RESPONSABLE
Dirección	Director Gerente
Dirección	Jefe de la Unidad de Calidad
Mantenimiento	Subdirector de Ingeniería y Mantenimiento
Mantenimiento	Responsable de Mantenimiento
Mantenimiento	Responsable de Electromedicina
Hematología	Jefe de la Unidad de Hematología
Hematología	Coordinadora de Enfermería

SUMARIO DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
A	31/10/06	Primera edición

PREPARADO	REVISADO Y APROBADO
Nombre: Marga Alcover Cargo: Coordinadora de Enfermería Fecha: 31/10/06	Nombre: Joan Bargay Cargo: Jefe de la Unidad de Hematología Fecha: 31/10/06
La documentación del Sistema de Gestión se encuentra en la Intranet de Hospital Son Llàtzer. Existe una única copia papel autorizada y controlada en poder del Coordinador de Calidad por lo que cualquier otro documento papel se considerará copia no controlada.	

1.-Introducción

La presente instrucción sirve para mantener, controlar y optimizar el funcionamiento del Sistema de Seguridad de CO2 del servicio de Hematología y Hemoterapia con el fin de asegurar en todo momento el correcto funcionamiento del mismo.

2.- Descripción

En el servicio hay un sistema de seguridad de CO2. (SCO-001)

El sistema de seguridad de CO2 es un sistema que, en caso de fallo del congelador de -80°C mantiene las muestras del interior del congelador a unos -40°C mediante el CO2. Está continuamente a una temperatura de unos -80°C. Para controlar el contenido de CO2, se realiza mediante el peso de la bombona que está depositada en una báscula (si está llena está a 116 kg.)

Hay un sistema de alarma de CO2 que detecta posibles fugas. (Descrito en el apartado de normas de seguridad.

2.1. Mantenimiento preventivo:

2.2. Mantenimiento correctivo:

Cualquier incidencia o avería que se detecte por parte del personal del Servicio de Hematología será comunicada a la Unidad de Mantenimiento mediante el correspondiente parte, según lo que se define en el PG-63-001 en su apartado 3.4 Comunicación entre el Usuario y Mantenimiento. Esta unidad se encargará de gestionar y comunicar el estado de la Incidencia o Avería a la Unidad de Hematología.

3. Registros

Los siguientes documentos serán archivados por parte de la Unidad de Hematología y Hemoterapia como registros de las operaciones de mantenimiento realizadas.

- *Comunicación de los Partes de Mantenimiento Correctivo*
- *Albaranes de Mantenimiento Correctivo.*