DISTRIBUCIÓN:	
DEPARTAMENTO	**RESPONSABLE**
Dirección	Director Gerente
Dirección	Jefe de la Unidad de Calidad
Unidad de Radiología	Responsable de la Unidad de Radiología

SUMARIO DE MODIFICACIONES		
REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
A	17/03/2008	Primera edición

PREPARADO	REVISADO Y APROBADO
Nombre: Carmen Martinez Cargo: Jefe del servicio de radiología Fecha:	Nombre: Carlos Ricci Cargo: Director Gerente Fecha:

La documentación del Sistema Integrado de Gestión se encuentra en la Intranet del HSLI. Existe una única copia papel autorizada y controlada en poder del Coordinador de Calidad, por lo que cualquier otro documento papel se considerará copia no controlada.

1. OBJETO

La presente instrucción técnica tiene por objeto establecer la metodología a seguir para la notificación de averías.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación será a nivel de los trabajadores del Servicio de Radiología.

3. REFERENCIAS

4. RESPONSABILIDADES

5. DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

MODALIDADES CON CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CASA OFICIAL
Son las siguientes salas

- Mamografía General Electric Nº sistema MEX61702
- Telemando 8 Siemens Nº sistema 5089
- Telemando 9 Siemens Nº sistema 1232
- TAC sala 10 Siemens Nº sistema 26100
- Resonancia sala 11 General Electric Nº sistema MEX61711
- RIS/PACS General Electric
- Digitalizador General Electric
- CR AGFA Nº sistema

Una vez observada la averia se llamará directamente a los telefonos siguientes indicando el número de sistema:

- Siemens (Telemando 8 y 9, TAC) 901116359
- General Electric (RM y Mamografo) 900210302
- AGFA (CR) 901110211

Las averias de RIS/PACS se llamará al telefono 1010 -1011 en horario de servicio de presencia fisica. Fuera de este horario llamar al 913342701

MODALIDADES CON CONTRATO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SERVICIO DE ELECTROMEDICINA del HOSPITAL

- Salas RX convencional 1,2,3, 13,14
- Ecógrafos 4,5,6,12

Una vez observada la averia se efectuará un parte de averia en el programa de la intranet dedicado a ello. Nunca se dejará de hacer el parte informaticamente aunque se llame al TF 1410

OTRAS MODALIDADES: Son las modalidades sin contrato de mantenimiento de ningun tipo.

- CR de mama FUJI
- Reveladora FUJI
- Reveladoras AGFA

Una vez observada la averia se llamará directamente a la casa oficial a los telefonos siguientes

- FUJI 670268810
- AGFA 607216259

En todos los casos se comunicará por escrito la incidencia al coordinador de enfermeria.

6. REGISTRO