

Coombs directo / Antiglobulina directa	
MÉTODO	Hemaglutinación.
PREPARACIÓN	Sin preparación.
MUESTRA	Sangre total EDTA.
OTRAS MUESTRAS	
VALOR REF.	Negativo.
OBSERVACIONES	1 tubo EDTA. Ver comentarios.

Comentarios:

Detecta anticuerpos antieritrocitarios adheridos a la membrana libre del hematíe o libres en suero. Los anticuerpos pueden ser de clase IgG o IgM.

Inteferencias: los factores que influyen son la carga de la partícula, tipo de anticuerpo, concentración de electrolitos y viscosidad. Las interferencias se eliminan mediante el lavado adecuado.

INTERFERENCIAS			
SUERO HEMOLIZADO	SUERO LIPÉMICO	SUERO ICTÉRICO	POR FÁRMACOS

ENFERMEDADES / ALTERACIONES	
Anemia hemolítica autoinmune	▲
Eritroblastosis fetal	▲
Reacción de transfusión hemolítica	▲

INTERFERENCIAS POR FÁRMACOS	
Cefaclor	▲
Cefalosporinas	▲
Cefalotina	▲
Cefazolina	▲
Cefmetazol	▲
Cefonicida	▲
Cefoperazona	▲
Cefotaxima	▲
Cefoxitina	▲
Ceftizoxima	▲
Ceftriaxona	▲
Cefuroxima-acetilo	▲
Clorpropamida	▲
Diclofenaco	▲
Etosuximida	▲
Fenacetina	▲
Fenilbutazona	▲
Fenitoina	▲
Fenotiazinas	▲
Hidralazina	▲
Imipenem-cilastatina	▲
Indometacina	▲
Isoniazida	▲
Levodopa	▲

INTERFERENCIAS POR FÁRMACOS	
Mefenámico AC	▲
Mefenitoína	▲
Metildopa	▲
Oxifenisatina	▲
Penicilinas	▲
Quinidina	▲
Rifampicina	▲
Tolbutamida	▲