

Factor von Willebrand antigénico	
MÉTODO	Turbidimetría a punto final.
PREPARACIÓN	
MUESTRA	Plasma citrato.
OTRAS MUESTRAS	
VALOR REF.	50-150 %.
OBSERVACIONES	Centrifugación inmediata.

Comentarios:

Ver factor von Willebrand actividad.

INTERFERENCIAS			
SUERO HEMOLIZADO	SUERO LIPÉMICO	SUERO ICTÉRICO	POR FÁRMACOS