

Nitritos orina	
MÉTODO	Refractometría.
PREPARACIÓN	Sin preparación.
MUESTRA	Orina azar.
OTRAS MUESTRAS	
VALOR REF.	Negativo.
OBSERVACIONES	Ver comentarios.

Comentarios:

Pueden dar negativos debido a que los microorganismos presentes no posean reductasa para el paso de nitratos a nitritos en la orina o cuando la orina no haya pasado el tiempo suficiente en la vejiga para el proceso de reducción o cuando no haya habido ingesta de nitratos en la dieta.

*La sensibilidad del test disminuye en orinas de alta densidad.
El ácido ascórbico puede dar falsos negativos.*

INTERFERENCIAS			
SUERO HEMOLIZADO	SUERO LIPÉMICO	SUERO ICTÉRICO	POR FÁRMACOS

ENFERMEDADES / ALTERACIONES	
Infección de orina	▲
Terapia con digoxina	▲