

 Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer	INSTRUCCIÓN TC FISTULOGRAFÍA	IT-75-RAD-5E
		Revisión: A
		Página 1 de 3

DISTRIBUCIÓN:	
DEPARTAMENTO	RESPONSABLE
Dirección	Director Gerente
Dirección	Jefe de la Unidad de Calidad
Unidad de Radiología	Responsable de la Unidad de Radiología

SUMARIO DE MODIFICACIONES		
REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
A	17/03/2008	Primera edición

PREPARADO	REVISADO Y APROBADO
Nombre: Carmen Martinez Cargo: Jefe del servicio de radiología Fecha:	Nombre: Carlos Ricci Cargo: Director Gerente Fecha:
La documentación del Sistema Integrado de Gestión se encuentra en la Intranet del HSLI. Existe una única copia papel autorizada y controlada en poder del Coordinador de Calidad, por lo que cualquier otro documento papel se considerará copia no controlada.	

 Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer	INSTRUCCIÓN TC FISTULOGRAFÍA	IT-75-RAD-5E
		Revisión: A
		Página 2 de 3

1. OBJETO

La presente instrucción de trabajo tiene por objeto establecer la metodología a seguir para la realización del TC Fistulografía.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación será a nivel de los trabajadores del Servicio de Radiología.

3. REFERENCIAS

4. RESPONSABILIDADES

5. DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

VERIFICAR DATOS

- Verificar que existe petición.
- Consentimiento cumplimentado.
- Alergias.

MATERIAL.

- Agujas romas (galactografía, dacriocistografía, sialografía)
- Conector
- Contraste iodado
- Jeringa (5cc, 10cc)
- Gasas estériles
- Yodo/Ibimax
- Guantes
- Empapador
- Esparadrapo

COLOCACIÓN

Criterio médico (generalmente supino, cabeza primero)

REALIZACIÓN

Avisar a radiólogo

FINALIZACIÓN

Consentimiento informado en su casillero correspondiente.

6. REGISTRO