

 Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer	INSTRUCCIÓN	IT-75-RAD-1D
	PAAF ABDOMEN guiada por ecografía	Revisión: A
		Página 1 de 3

DISTRIBUCIÓN:	
DEPARTAMENTO	RESPONSABLE
Dirección	Director Gerente
Dirección	Jefe de la Unidad de Calidad
Unidad de Radiología	Responsable de la Unidad de Radiología

SUMARIO DE MODIFICACIONES		
REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
A	17/03/2008	Primera edición

PREPARADO	REVISADO Y APROBADO
Nombre: Carmen Martinez Cargo: Jefe del servicio de radiología Fecha:	Nombre: Carlos Ricci Cargo: Director Gerente Fecha:
La documentación del Sistema Integrado de Gestión se encuentra en la Intranet del HSLI. Existe una única copia papel autorizada y controlada en poder del Coordinador de Calidad, por lo que cualquier otro documento papel se considerará copia no controlada.	

 Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer	INSTRUCCIÓN	IT-75-RAD-1D
	PAAF ABDOMEN guiada por ecografía	Revisión: A
		Página 2 de 3

1. OBJETO

La presente instrucción de trabajo tiene por objeto establecer la metodología a seguir para la realización del PAAF del abdomen guiada por ecografía

2. CAMPO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación será a nivel de los trabajadores del Servicio de Radiología.

3. REFERENCIAS

4. RESPONSABILIDADES

5. DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

VERIFICAR DATOS:

- Petición del radiólogo en anatomía patológica
- Ayunas
- Confirmación de analítica
- Consentimiento firmado
- Alergias

MATERIAL:

- Transductores
 - Convex (verde)
 - De punción con accesorio adaptador para distintos calibres de aguja (Ubicado en almacén izquierdo)
- Bote gel y gel estéril
- Cameco + microscopio: carro de punciones (Ubicación: almacen de material vascular)
- Rotulador y capuchón
- Yodo / Hibimax
- Gasas
- Tallas
- Guantes
- Empapador
- Jeringa de 20ml
- Aguja Chiba 22G x10cm
- Apósito

 Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer	INSTRUCCIÓN PAAF ABDOMEN guiada por ecografía	IT-75-RAD-1D
		Revisión: A
		Página 3 de 3

COLOCACIÓN

- Criterio médico
- Decúbito supino/ de lado

REALIZACIÓN:

- Avisar al radiologo para su realización
- Avisar al Anatomo-patologo

FINALIZACIÓN:

Consentimiento informado en su casillero correspondiente

6. REGISTRO